



INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
tel.: +48 12 421 00 33 fax: +48 12 430 38 85
www.inig.pl office@inig.pl

JZDZ-GU-2300-35/2024

Kraków, 23-01-2024 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę analizatora całkowitego węgla organicznego w wersji stołowej wraz z wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawcę.

1. Czy mógłbym prosić zdjęcia instalacji, miejsca przyłączenia w celu zapewnienia ewentualnych dodatkowych złączy.

Odpowiedź: Dodatkowe złącza nie będą potrzebne o ile wąż grzany będzie zakończony sondą która była opisana przy wyjaśnieniach z dnia 19 stycznia 2024 r.

2. Jak dużo ma być szkolonych osób i w jakim terminie, możliwe było by szkolenie wraz z montażem ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przeszkolenia 4 osób. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkolenia najlepiej w dniu dostarczenia urządzenia.

3. Co z ewentualnym wylotem spalin, będą one w jakiś sposób odprowadzane z miejsca prowadzenia pomiaru, po czyjej stronie będzie „zbudowanie” tego odprowadzenia.

Odpowiedź: Jeżeli będzie konieczność odprowadzenia spalin z miejsca prowadzenia pomiaru Zamawiający wykona to we własnym zakresie.

Udzielone wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert w zapytaniu.

Kierownik
Działu Zamówień i Administracji

mgr Monika Stachnik